



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr CBC/Cert/012/2023
CERTIFICATE OF CONFORMITY No. CBC/Cert/012/2023

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: MyWam Kupiec, Bartold, Angress Sp.J.
Name and address of the certificate holder: ul. Szczecińska 10,
41-516 Chorzów

Nazwa i adres producenta: MyWam Kupiec, Bartold, Angress Sp.J.
Name and address of the manufacturer: ul. Szczecińska 10,
41-516 Chorzów

Nazwa wyrobu: Wózek inwalidzki specjalny
Name of the product: Special wheelchair

Typ (odmiany): ZEFIR
Model/type Ref.: ZEFIR



Podstawowe parametry: Dł./Wys./Szer. – 1150/1110//1367/1359//622/604mm, koła tylne 309x59/234x42mm,
Basic parameters: koła przednie 240x42/181x33,5mm, masa wózka 17,3/15,7kg,
rozstaw osi 615/620mm

Wyrób spełnia wymagania mechaniczne zawarte w: PN-EN ISO 21856:2023-01
The product complies with the mechanical safety requirements contained in: PN-EN 12183:2023-02
ISO 7176-1,3,5,7,8, PN-EN 1021-1:2014-12

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: Laboratorium Mechaniczne Centrum Badań i
As shown in the test report carried out by: Certyfikacji Mech-Test
Mechanical Laboratory of the Centre for
Testing and Certification

Nr i data sprawozdania z badań: CBC-145/2023 z dnia 18.09.2023 r.
Ref. No. and date of the test report: CBC-145/2023 of 18.09.2023

Certyfikat nie dotyczy wyrobów, w których zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub technologiczne.

Niniejszy certyfikat jest ważny od dnia wydania do dnia 18.09.2026 r.

The certificate does not apply to products in which design, material or technology changes have been introduced.

This certificate is valid from the date of issue until 18.09.2026



DYREKTOR CBC MECH-TEST

Andrzej Tkaczyk

Warszawa, 18. 09. 2023 r.