



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr CBC/Cert/004/2023
CERTIFICATE OF CONFORMITY No. CBC/Cert/004/2023

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: MyWam Kupiec, Bartold, Angress Sp.J.
Name and address of the certificate holder: ul. Szczecińska 10,
41-516 Chorzów

Nazwa i adres producenta: MyWam Kupiec, Bartold, Angress Sp.J.
Name and address of the manufacturer: ul. Szczecińska 10,
41-516 Chorzów

Nazwa wyrobu: CHODZIK ORTOPEDYCZNY
Name of the product: ORTHOPEDIC WALKER

Typ (odmiany): go.spider
Model/type Ref.: go.spider



Podstawowe parametry: Dł./Wys./Szer. – 728/700/663mm, koła tylne 212x25 mm,
Basic parameters: koła przednie 182x27 mm, masa wyrobu 6,00kg,

Wyrób spełnia wymagania mechaniczne zawarte w: EN ISO 11199-2:2021
The product complies with the mechanical safety requirements contained in:

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: Laboratorium Mechaniczne Centrum Badań i
As shown in the test report carried out by: Certyfikacji Mech-Test
Mechanical Laboratory of the Centre for
Testing and Certification

Nr i data sprawozdania z badań: CBC-042/2023 z dnia 20.03.2023 r.
Ref. No. and date of the test report: CBC-042/2023 of 20.03.2023

Certyfikat nie dotyczy wyrobów, w których zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub technologiczne.

Niniejszy certyfikat jest ważny od dnia wydania do dnia 20.03.2026 r.

The certificate does not apply to products in which design, material or technology changes have been introduced.

This certificate is valid from the date of issue until 20.03.2026



DYREKTOR CBC MECH-TEST

Andrzej Tkaczyk

Warszawa, 20. 03. 2023 r.